

UT261B QA测试报告

检测仪器: FLUKE5520A/三相功率源

环境温湿度: 24.2℃/52%

功能	量程	标准要求	结果
相序测量（正转）	L1、L2、L3各相电压（VAC）从90V到600V	顺序从L1→L2→L3为正转	合格
相序测量（反转）	L1、L2、L3各相电压（VAC）从90V到600V	顺序从L1→L3→L2为反转	合格
缺少L1相	氖灯L2、L3点亮	L2、L3有电压（范围90V到600V）	合格
缺少L2相	氖灯L1、L3点亮	L1、L3有电压（范围90V到600V）	合格
缺少L3相	氖灯L1、L2点亮	L1、L2有电压（范围90V到600V）	合格
马达旋转磁场测量（正向）		顺时针指示灯点亮（R）	合格
马达旋转磁场测量（反向）		逆时针指示灯点亮（L）	合格

检验员: 吕丽霞

审核员: 郭佳余