

防爆设备



防爆合格证

编号: CQCEX22.0455X

制造厂家: 优利德科技(中国)股份有限公司
广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

产品名称: 防爆钳形表

型号规格: UT219Ex

防爆标志: Ex ic IIC T4 Gc; Ex ic IIIC T130°C Dc

产品标准: Q/YLD 50-2022

总装图号: UT219Ex-0002

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设

- 备 注:
1. 在爆炸性环境中, 仅适用特定规格电池, 请勿更换电池。
 2. 电池型号规格: 力王 LR03, 1100mAh, 1.5V 或者 超霸 LR03, 1000 mAh, 1.5V。
 3. 出厂编号: C220000001。
 4. 工作环境温度范围: 0°C~50°C。
 5. 在爆炸性环境电压测试端用于电压不超过 55V 的本安电路测量。

持证单位: 优利德科技(中国)股份有限公司

本证有效期: 2022-08-02 至 2027-08-01

颁发日期: 2022-08-02

批准人:

王新华



国家防爆设备质量检验检测中心(广东)
广州特种机电设备检测研究院

地址: 中国广州市黄埔区黄埔东路3598号

电话: 020-32256288(总机)

http://www.cqcex.com

邮编: 510760

传真: 020-32256289

E-mail: Ex-cqc@126.com