



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE23.9095

产品名称  
Name of Product 防爆型钳形接地电阻测试仪

型号及规格  
Type of Product UT273Ex

防爆标志  
Marking Ex ia II B T3 Ga

技术文件  
Technical Documents Q/YLD 84-2022

图号  
Drawing No. UT8.074.285

备注  
Note (s)

1. 产品采用 4 节 LR6 1.5V 电池串联供电, 且串联电阻保护。
2. 产品使用环境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
3. 关联检验报告 J2319095。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.4-2021

发给: 优利德科技(中国)股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-05-18

Date of Expire:

发证日期: 2023-05-18

Date of Issue:

印章  
Seal



主任  
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司  
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>