



国家防爆

防爆合格证

制造单位 优利德科技(中国)股份有限公司
广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

产品名称 气体检测仪

型号规格 UT334E 3.7VDC

防爆标志 Ex ib II B T3 Gb

产品标准 Q/UT334E-2021

总装图号 UT334E.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

- 1.本产品配用电池组型号规格为 KY-PL2000mAh 3.7VDC,在爆炸性气体环境中不得拆卸或更换电池,也不得对电池进行充电。
- 2.外壳防护等级:IP65。
- 3.本证书可代表产品型号 UT334F、UT334G、UT334H 3.7VDC,防爆标志均为 Ex ib II B T3 Gb。

中心主任

颁发日期

2022年1月21日

本证有效期

2022年1月21日至2027年1月20日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号