

## 防爆设备



# 防爆合格证

编号: CQCEX22.0732X

制造厂家: 优利德科技(中国)股份有限公司  
广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

产品名称: 本安型红外测温仪

型号规格: UT309Ex

防爆标志: Ex ia IIC T4 Ga

产品标准: Q/YLD 79-2022

总装图号: UT309Ex-004

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求

GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设

- 备 注:
- 1、额定电压 DC 9 V, 工作环境温度范围: 0℃~50℃。
  - 2、配套用电池信息: 制造商 GP, 型号 1604A, 标称电压 DC 9 V, 额定容量 550 mAh。
  - 3、外壳防护等级: IP65。
  - 4、警告: 请勿在爆炸性环境中拆开设备或更换电池。

持证单位: 优利德科技(中国)股份有限公司

本证有效期: 2022-10-09 至 2027-10-08

颁发日期: 2022-10-09

批准人: 王新华

  
CQC  
Ex  
国家防爆

国家防爆设备质量检验检测中心(广东)

广州特种机电设备检测研究院

地址: 中国广州市黄埔区黄埔东路5598号

电话: 020-32256288(总机)

http://www.cqcex.com

邮编: 510760

传真: 020-32256289

E-mail: Ex\_cqc@126.com