



广东省世通仪器检测服务有限公司

GUANGDONG SHITONG MEASURED INSTRUMENTS SERVICE CO.,LTD.



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3170

证书编号: ZS25080561D002

Certificate No.

第 1 页 共 4 页

Page of

委托方

Customer

优利德科技(中国)股份有限公司

地址

Address

广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

器具、设备名称

Description

冷媒检漏仪

型号/规格

Model / Type

UT336B

制造厂(产地)

Manufacturer

UNI-T

出厂编号

Serial No.

C243298814

管理编号

Asset No.

/

结论

Conclusion

所校准项目符合要求

签发:

Approved by

朱萌 朱萌

发布日期

Date of Issue

2025 年 08 月 09 日

Y M D

核验:

Inspected by

周官发 周官发

校准:

Calibrated by

陈浩贤 陈浩贤

发证单位(专用章)

Issued by (Stamp)



接收日期

Date of Receipt

2025 年 08 月 08 日

Y M D

校准日期

Date of Calibration

2025 年 08 月 08 日

Y M D

地址:广东省东莞市道滘镇济洲中路1号1号楼

Address:Building 1, No. 1 Jizhou Middle Road,

Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong

Province

<http://www.stl-china.com>

服务电话(Tel): 0769-23091410

监督电话(Tel): 0769-23180607

传真(Fax): 0769-23180907

邮编(Post): 523000

邮箱(E-mail): dg@stl-china.com



广东省世通仪器检测服务有限公司

GUANGDONG SHITONG MEASURED INSTRUMENTS SERVICE CO.,LTD.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3170

证书编号: ZS25080561D002

原始记录号: ST25080561D002

第 2 页 共 4 页

Certificate No.

Record No.

Page of

1. 本实验室质量管理体系符合ISO/IEC 17025标准的要求, 校准结果均可溯源至国际单位制(SI)。

The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025, the calibration results are traceable to the International System of Units (SI).

2. 本证书仅对本次校准样品有效。未经实验室批准, 不得部分使用。如对证书有疑问, 请在15个工作日内反馈。

The results is only valid for the calibrated sample. The certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratroty. Please feedback to us within 15 days if you have any question.

3. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“-01”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。

Each certificate has a unique number. The suffix of "-01" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.

4. 证书的最大允许误差、判定结果仅供参考。其中“P”代表“符合要求”, “F”代表“不符合要求”。使用人员应结合实际测量需求, 评估测量不确定度对符合性评定的影响。

MPE & judgement result in the datesheet is only for reference, "P" is "Pass" and "F" is "Fail". Whereas users should evaluate the effects of MU of calibration results on conformance assessment by actual measurement.

5. 本次校准的技术依据文件(Reference documents for the calibration):

JJF 1964-2022 卤素检漏仪校准规范

6. 校准地点、环境条件(Location and environmental conditions for the calibration):

地点	本公司气体1室	温度	21	°C	湿度	53	%RH
Location		Temperature			Humidity		

注(Statement):

1. 本证书未加盖校准证书专用章无效。

The certificate is invalid without the offical stamp.

2. 送校单位可按实际使用情况自主决定下次校准时间。

Next calibration date can be altered depending on the actual usage of the user.



广东省世通仪器检测服务有限公司

GUANGDONG SHITONG MEASURED INSTRUMENTS SERVICE CO.,LTD.

校准说明 DIRECTIONS OF CALIBRATION



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3170

证书编号: ZS25080561D002

原始记录号: ST25080561D002

第 3 页 共 4 页

Certificate No.

Record No.

Page of

7. 本次校准使用的主要测量标准(Main measurement standards used in the calibration):

设备名称/编号	证书编号/ 溯源单位	测量范围	技术特征	有效期
Equipment/ Serial No.	Certificate No./ Traceability to	Measuring Range	Technique Character	Due Date
标准漏孔/ST-BZ- 1129-01	2025E23-10- 5938764001/上海市计 量测试技术研究院	SF6 (3.07~14.8) g/a	$U_{rel}=12\%$	2026-06-17
电子秒表/ST-BZ- 1004-35	ZS25032681D002/本 中心	(0~24)h	MPE:±(0.05~0.50)s	2026-04-01





广东省世通仪器检测服务有限公司

GUANGDONG SHITONG MEASURED INSTRUMENTS SERVICE CO.,LTD.

校准结果 RESULTS OF CALIBRATION



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L3170

证书编号: ZS25080561D002

原始记录号: ST25080561D002

第 4 页 共 4 页

Certificate No.

Record No.

Page of

1、外观及功能检查: 符合要求

Inspection of appearance and function : Pass

2、报警响应时间:

Alarm response time

标准值	检漏仪报警状态	响应时间	技术要求	结论
Standard value	Alarm status	Response time	Requirement	Conclusion
(g/a)	/	(s)	(s)	(Pass/Fail)
3.07	正常报警	3.1	≤ 5	P
4.52	正常报警	2.8	≤ 5	P
14.80	正常报警	2.6	≤ 5	P

校准介质: SF6

备注:

Notes

1.测量结果不确定度

(Expanded uncertainty of the measurement results)

$U= 1.2 \text{ s} \quad (k=2)$

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 *Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement*)

3.建议下次校准日期 2026 年 08 月 07 日

(Next calibration date) Y M D
