



证书编号: 
Certificate No. GTC01825031118-001

第 1 页 共 3 页
Page of

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



委 托 方
Client

优利德科技（中国）股份有限公司

联 络 信 息
Contact information

东莞市松山湖工业北一路6号

样 品 名 称
Description

声学成像仪

型 号 / 规 格
Model/Type

UT568B

编 号
Serial No.

300061

制 造 商
Manufacturer

UNI-T

接 收 日 期
Date of Receipt

2025 - 08 - 13

批准人
Approved by

黄智文

黄智文

(证书专用章)
stamp

审核人
Checked by

罗树坚

罗树坚

校准员
Calibrated by

曾德铭

曾德铭

校准日期
Date of Calibration

2025 - 08 - 14

建议校准周期
Recommended calibration period

12 个月

发布日期
Date of Issue

2025 - 08 - 15



扫一扫查真伪

番禺实验室：广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼
电话(Tel)：020-39932518 传真(Fax)：020-34797200 邮编(Post Code)：511430
顺德实验室：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路33号盛越园6栋
电话(Tel)：0757-29393787 传真(Fax)：0757-29393797 邮编(Post Code)：528325
公司网址(Web)：http://www.gaotie.com 微信公众号(WeChat)：广州高铁计量



说明
DIRECTIONS

证书编号: 
Certificate No. GTC01825031118-001

第 2 页 共 3 页
Page of

- 1.本实验室质量管理体系依据ISO/IEC17025:2017建立。
The quality system of GGMT is in accordance with ISO/IEC 17025:2017.
- 2.本实验室所出具的数据均可溯源至社会公用计量标准和/或国际单位制(SI)。
All data issued by the lab are traceable to Social Public Measurement Standards and/or Interational System of Units (SI).
- 3.本次校准的技术依据:
Reference documents for the Calibration:
参照 DL/T 356—2010《局部放电测量仪校准规范》

- 4.本次校准所使用的主要计量标准器具:
Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/编号	证书编号/有效期	计量特性	溯源单位
Name of Equipment/Serial No.	Certificate No./Due date	Metrological Characteristic	Traceability Institute
*信号发生器/ 20180306-3	GTC01824050626-001/ 2025-12-05	频率: $U_{rel}=1\times 10^{-7}$ 幅频特性: $U=0.20\text{dB}(k=2)$	广州高铁计量检测股份 有限公司/广东省计量科 学研究院

注: 带*的是由本公司内部校准的计量标准器具, 其溯源单位"/"后面的机构为该标准器上级标准的外部溯源机构。
The standards with * is calibrated internally by our company, and the unit behind "/" in the Traceability Institute is the external traceability institute of the superior standard of the standards.

校准地点: 本公司无线电室

Place of the Calibration:

校准环境条件: 温度: 22 ℃

相对湿度: 60 %

Environmental of the Calibration Temperature

Relative humidity

- | | |
|--------------------------|--|
| 注: 1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。 | Note: 1.The results relate only to the items calibrated. |
| 2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此证书。 | 2.This certificate shall not be reproduced except to full, without the written approval of our laboratory. |
| 3. 此证书无本公司盖章无效。 | 3.This certificated shall not be valid without stamp of our institute. |
| 4. 证书与原始记录同号。 | 4.This certificate No. is according to the record No. |





证书编号: 
Certificate No. GTC01825031118-001

第 3 页 共 3 页
Page of

校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

1、外观以及一般性检查: 正常

2、线性度误差试验:

标准值 (dB)	响应值 (dB)	误差 (dB)	允许误差 (dB)	结论 (Pass/Fail)
60	60.8	0.8	± 9.0	P
48	48.5	0.5	± 7.2	P
36	36.5	0.5	± 5.4	P
24	24.3	0.3	± 2.4	P
12	12.3	0.3	± 1.2	P

说明: 1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。
线性度: $U_{\text{rel}} = 1.8\%$
($k=2$)

2.依据JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(以下空白)

